



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»
01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, код ЄДРПОУ 33152471
тел. +380 44 225 7775, факс +380 44 225 5335, e-mail: info@unb.ua

Лабораторія з контролю виробництва
УППНГ Сахалінського НГКР

Паспорт якості нафти № 363

Місце відбору проби: УППНГ Сахалінського НГКР
Дата відбору проби: 13.03.2019р.
Номер резервуара: Р-4

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Результат випробування	Метод вимірювання
Густина при 20 ⁰ С	г/см ³	0,7787	ГОСТ 3900-85
Концентрація хлористих солей	мг/дм ³	20,79	ГОСТ 21534-76
	%	0,0027	ГОСТ 21534-76
Вміст води	ваг.%	0,12	ГОСТ 2477-65
Ваговий вміст механічних домішок	%	0,046	ГОСТ 6370-83

Фракційний склад, % об'ємні (ГОСТ 2177-99):

Початок кипіння 35 °С

40°С	_____ %	220°С	<u>60</u> %
60°С	<u>2,2</u> %	240°С	<u>64</u> %
80°С	<u>7</u> %	260°С	<u>69</u> %
100°С	<u>14</u> %	280°С	<u>73</u> %
120°С	<u>27</u> %	300°С	<u>77</u> %
150°С	<u>43</u> %	320°С	<u>79</u> %
160°С	<u>46</u> %	330°С	<u>81</u> %
180°С	<u>51</u> %	340°С	<u>82,5</u> %
200°С	<u>55</u> %	350°С	<u>84</u> %

Кінець кипіння: 356 °С
Залишок 9 %

Всього 87 %
Втрати 4 %

Начальник лабораторії
з контролю виробництва

Лаборант хімічного аналізу
Лаборант хімічного аналізу
14.03.2019р. № 191

З.А.Сироїд

С.В.Михайленко
І.Л.Олійник

Свідчення про відповідність стану систем вимірювань №008-16 від 25.04.2016р.